

Röntgen shuntöversikt remittent

Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

Indikation/frågeställning

- Shuntöversikt
- Shuntinställning

Kontroll av shuntinställning görs oftast framför allt efter MRT-undersökning.

Kontraindikation -

Remissinnehåll

Tecken till shundysfunktion. Genomförd MRT.

Patientförberedelser -

Kontrastmedel/läkemedel -

Utförande

Vid **shuntöversikt** även bilder över hals-thorax-buk. Viktigt med sidobild över shuntspetsen i buken. Förstorad inbländad bild över shunten vid kontroll av inställt shuntmotstånd.

Eftervård -