

Svar/kommentarer till film – mottagningsbesök

1. Hon tar handdesinfektion men gnider inte in den tillräckligt. Dessutom är hon fortfarande våt om händerna när hon påbörjar undersökningen. Handdesinfektionen är inte klar förrän händerna är helt torra
2. Hon behöver ingen skyddsutrustning
3. Undersökningsinstrumentet (otoskop) behöver göras rent med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid då det är i kontakt med patientens hår och läkarens händer

Hör gärna av er till oss på Vårdhygien om Ni har några frågor

Annica Blomkvist
Hygiensjuksköterska
Smittskyddsenheten/Vårdhygien
Falun lasarett, 791 82 Falun
Tel. 023 - 49 03 22, 070-632 73 22
Fax: 023 - 49 07 72
annika.blomkvist@ltdalarna.se

Marianne Janson
Hygiensjuksköterska
Smittskyddsenheten/Vårdhygien
Falun lasarett, 791 82 Falun
Tel. 023 - 49 02 75, 070 - 359 02 75
Fax: 023 - 49 07 72
marianne.u.janson@ltdalarna.se

Erica Nyman
Hygiensjuksköterska
Smittskyddsenheten/Vårdhygien
Falun lasarett, 791 82 Falun
Tel. 023-49 02 76, 072- 219 27 53
Fax: 023-49 07 72
erica.nyman@ltdalarna.se