 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 043306	Diarienummer LD16/00751
		Version 1.0	Sida nr (av) 1(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – Antidecubitusmadrasser	Fastställt datum 2016-05-26	
	Framtagen av Sortimentsgrupp Personlig vård – Antidecubitus- madrasser och sängar	Godkänd och fastställd av Hjälpmedelsnämnden Dalarna	Giltig från 2016-05-26

Rekommenderade förskrivare

Leg. Sjuksköterska, leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut/ sjukgymnast.
 Samverkan mellan dessa yrkesgrupper är önskvärd för att få en helhetssyn.

Kriterier

1. För personer med nedsatta kroppsfuntioner som löper risk att utveckla trycksår eller som redan har utvecklat trycksår.
2. För personer i palliativt skede med behov av smärtlindring och ökad komfort.

Mål med hjälpmedlet


1. Förebygga uppkomst av trycksår och/eller behandla trycksår.
2. Lindra smärta och ge ökad komfort vid palliativ vård.

Typ av antidecubitusmadrass som kan förskrivas


Madrasser avsedda för trycksårsprevention.

Antidecubitusmadrasser finns för olika sårkategorier, från förebyggande till behandlande.

Sårkategorier	
Kategori 1	Vävnadsskada med ökad rodnad. Inflammationstecken. Rodnad som inte bleknar vid tryck.
Kategori 2	Hål på huden, rött sår utan nekroser.
Kategori 3	Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion och fistlar. Litet ingångshål.
Kategori 4	Genom alla hudlager ner till muskler och ben



Utsatta kroppspartier
 Sättesregionen och hämlarna är de områden som är mest drabbade av trycksår. Även andra kroppspartier är utsatta och bör få regelbunden kontroll och avlastning.

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 043306	Diarienummer LD16/00751
		Version 1.0	Sida nr (av) 2(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – Antidecubitusmadrasser	Fastställt datum 2016-05-26	
	Framtagen av Sortimentsgrupp Personlig vård – Antidecubitus- madrasser och sängar	Godkänd och fastställd av Hjälpmedelsnämnden Dalarna	Giltig från 2016-05-26

Risk för personskada

Det finns viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada.

- Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del av tillverkarens anvisningar och att sängen och tillbehören används på det sätt som tillverkaren avser, för att minimera risken för handhavandefel.
- Glidningsrisk kan finnas när två madrasser ligger på varandra. Risken är störst vid vändning i säng samt i- och urstigning.
- En antidecubitusmadrass ersätter inte behovet av lägesförändring.

Kostnad för tillbehör/ förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare

Patienten/brukaren ansvarar själv för att det finns en säng och basmadrass av god kvalitet.

Råd i förskrivningsprocessen

Behovsbedömning

Viktigt att en helhetsbedömning görs, till exempel utifrån Nortonskalan, då flera faktorer påverkar uppkomst/förekomst av trycksår. Utöver antidecubitusmadrass ska också andra åtgärder värderas, till exempel vändschema, annan avlastning eller nutrition.

Det finns antidecubitusmadrasser som inte kan monteras i vissa privata sängar, förskrivning av säng får då övervägas.

Prova ut, anpassa och välj lämplig specifik produkt


- Undermålig basmadrass kan inte ersättas av antidecubitusmadrass.
- Tänk på att antidecubitusmadrassens funktion påverkas av status på eventuell underliggande madrass.
- Om patienten/brukaren använder en säng med grindar ska höjden mellan obelastad madrass och sänggrindens överkant vara minst 22cm.
- Det finns inga riktlinjer/regler för att sängen måste vara utrustad med sänggrindar för att en antidecubitusmadrass ska få förskrivas.
- Förskrivaren ansvarar för att luftreglerad madrass är korrekt inställd utifrån patienten/brukarens behov. Gäller även om tekniker har installerat madrassen.

Instruera, träna och informera

Det är förskrivarens ansvar att informera patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal om handhavande och skötsel av antidecubitusmadrassen. Det är viktigt att alla får ta del av tillverkarens bruksanvisning.

Uppföljning och utvärdering

Förskrivaren ansvarar för uppföljning. Vid uppföljning utvärderas om antidecubitusmadrassen uppfyller syftet eller om eventuellt korrigeringsåtgärder behöver göras.

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide		ISO-kod 043306	Diarienummer LD16/00751
			Version 1.0	Sida nr (av) 3(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – Antidecubitusmadrasser		Fastställt datum 2016-05-26	
	Framtagen av Sortimentegrupp Personlig vård – Antidecubitus- madrasser och sängar	Godkänd och fastställd av Hjälpmedelsnämnden Dalarna		Giltig från 2016-05-26

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

Hjälpmedel Dalarna enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.

Vid behov kan Hjälpmedel Dalarna hjälpa till med tryckmätning av madrass. I sådant fall kontakta hjälpmedelskonsulent.

Vid återlämning av madrass ska den rengöras innan och packas i sin medföljda väska, eventuell kompressor läggs emellan madrassen för att inte skadas. Om väskan är försvunnen ersätts den av kunden. Kontakta LD Hjälpmedels kundservice för att beställa en ny väska.