

MRT cervix corpus ovarier remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Cervixcancer, endometriecancer, uterussarcom, ovarialcancer, vaginalcancer, uterusmyom.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Anamnes och status, palpationsfynd och fynd vid vaginalt ultraljud. Exakt lokalisation och storlek av tumören. Ev. fixation av tumören.

Patientförberedelser

Fasta 4 tim.

Kontrastmedel

Dotarem 0,2 ml/kg.

Läkemedel

Buscopan eller Glucagon im.

Utförande

Eftervård

-