

MRT hjärta remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Bl.a. myokardärr efter infarkt, myokardit eller kardiomyopati. Endast remiss från kardiolog.

Kontraindikationer

Absoluta

- Pacemaker/ICD
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump

Relativa

- Arytmi – (EKG-trigging fungerar inte i vissa fall så att skannern avbryter sekvenserna)
- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

Remissinnehåll

Anamnes inkl tidigare sjukdomar. Fynd från auskultation, på EKG, ekokardiografi och koronarangio/myokardscint om sådant finns.

Patientförberedelser

Pat måste vara svensk- eller engelsktalande (tolk fungerar ej enligt vår erfarenhet). Pat måste klara upprepade andhållning på cirka 15-20 sek.

Kontrastmedel

Gadovist 0,1ml/kg iv.

Läkemedel

-

Utförande

-

Eftervård

-