



Godkänt: 2018-06-08  
Giltigt t.o.m: 2021-06-08

Ver.nr: 1.0  
Dnr:

## MRT mjukdelar remittent

---

### Dosklass 0



Ingen strålrisk

### Indikation/frågeställning

Tumör, infektion/inflammation, blödning, ledbandsskada och muskel-, eller senruptur.

### Kontraindikationer

#### Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

#### Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

### Remissinnehåll

Statusfynd, trauma, ev. röntgenfynd som föranleder MR-remiss, CRP, SR, feber, känd malignitet eller inflammatorisk sjukdom.

### Patientförberedelser

#### Kontrastmedel

Dotarem, 0,2 ml/kg.

## Läkemedel

Febernedsättande medicinering vid feber över 38 grader.

## Utförande

## Eftervård

-