



Godkänt: 2018-06-08  
Giltigt t.o.m: 2021-06-08

Ver.nr: 1.0  
Dnr:

## MRT prostata remittent

---

### Dosklass 0



Ingen strålrisk

### Indikation/frågeställning

Prostatacancer. Endast remiss från urolog.

### Kontraindikationer

#### Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

#### Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

### Remissinnehåll

PSA, volym, palpationsfynd, biopsifynd med Gleason-score, datum för biopsi.

### Patientförberedelser

Fasta 4 tim. Microlax. Avstå från sädestömning två dagar före undersökning.

**Kontrastmedel**

Ev. Dotarem 0,2 ml/kg, endast vid bilaterala höftproteser eller misstänkt tumörrecidiv efter operation eller strålning.

**Läkemedel**

Buscopan eller Glucagon im.

**Utförande****Eftervård**

-