

MRT rygg remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Diskbräck, spinal stenos, kotkompressioner, tumör/metastaser, spondylodiskit.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Statusfynd, ev. neurologiska bortfallssymptom, feber, CRP, SR, känd malignitet, känd bakteriell infektion, ev. sepsis.

Patientförberedelser

Febernedsättande medicinering vid feber över 38 grader.

Kontrastmedel

Ev. Dotarem 0,2 ml/kg.

Läkemedel

-

Utförande

Eftervård

-