

BESLUT

Som automatisk avläsare av B-SR i primärvården rekommenderas MicroSed 10

BAKGRUND

Möjlighet finns att automatisera avläsning av B-SR.

LABORATORIEMEDICINSKA RÅDETS BEDÖMNINGSKRITERIER**Patientperspektiv**

Fördel med något snabbare provsvar (30 min).

Medicinskt perspektiv

Analyskvaliteten är jämförbar med tidigare använd metod i landstinget Dalarna, (SR-system från Becton Dickinson)

Laboratorieperspektiv

Analysresultaten från MicroSed 10 är jämförbara med den metod som vanligen används i landstinget Dalarna (SR-system från Becton Dickinson).

Automatisk avläsning av analysresultaten.

Viktigt att rätt sorts provrör används till avläsningsutrustningen. Rör för manuell avläsning passar inte.

Ekonomiskt perspektiv

Minst fördubblad analyskostnad.

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Dokumentet granskat av Mikael Fransén distriktsläkare
Mattias Aldrimer överläkare klinisk kemi

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell utgåva **Kommentar**

Sida
Rubrik
Förändring