

Serum/plasma hålls av i plaströr, artikelnr: 49711 (klar, genomskinlig 75 x 13 mm)

Hålls alltid av		
Ext	Analys	Kommentar
03	Endast Digoxin	
1H	Insulin, C-peptid	Fryses
23	APT-tid, Fibrinogen, At3, Ddimer	Fryses
27	Homocystein	
28	PTH	
29	MMA	
33	Läkemedel	
3A	Apo-kvot	
43	P-Hemoglobin	
72	Heparin/Apixaban	Fryses
80	Zink	
9K	KUB	Fryses
MP, MS	HIV/Hepatit PCR	

Hålls inte av.		
Ext	Analys	Kommentar
37	Allergi	
53	Bik, fritt Ca	Korken får ej öppnas.
55	PSA	
MA, MB MC, MD MF	Serologi till mikrobiologen	

Pappersutskrift

LmD: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.

Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.

Behöver inte hållas av helgfri vardag.

Hålls av efter sista transporten på fredag till söndag eftermiddag.

Ext	Analys	Kommentar
01	Rutinkemi	
03	Hormon, B12, Folat (ej Digoxin)	
05	HCG	
23	PK	
08	Proteiner	
10	Osmolalitet, plasma	
26	Cancermarkörer	
2A	ANCA	
31	CDT	
32	LD, Litium	
47	Prolaktin	
52	Läkemedel	
59	D-vitamin, Hormoner	

Pappersutskrift

LmD: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.

Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.