

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
AFP	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	AFP 1	kIE/L	Falun
ALAT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ALTPLc	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Albumin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	AlbP	g/L	Avesta, Falun, Mora
Albumin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	AlbP	g/L	Falun
alfa-1- Antitrypsin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	AAT	g/L	Falun
ALP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ALP_2c	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Amylas, pankreas	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	PAMY_2	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Antitrombin (enz, Tromb)	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Fotometri	CS-5100	Sysmex	302^AT3	kIE/L	Falun
APT-tid	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	051^APTT	s	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
ASAT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ASTPLc	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Bilirubin, totalt	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	TBil_2	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
CA 125	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA125 1	kE/L	Falun
CA 15-3	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA15-3 2	kE/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
CA 19-9	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA19-9 1	kE/L	Falun
Calcium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CA_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
CDT, disialo (HPLC)	S-	Läkemedel och toxikologi	Alkohol- analyser	Alkoholer	HPLC	LC-2050C	Shimadzu	Dok 12854	%	Falun
CEA	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	ECLIA	Cobas e411	Roche	CEA 1	µg/L	Falun
CK	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CK_L	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
CRP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	RCRP	mg/L	Avesta, Falun, Mora
CRP	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	RCRP	mg/L	Falun
CRP, högkänsligt	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	hCRP2	mg/L	Falun
Cyklosporin	B-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	ECLIA	Cobas e411	Roche	CSA	µg/L	Falun
Cystatin C	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	CysC_2	mg/L	Falun
D-Dimer (FEU)	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	612^DDim er	mg/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Digoxin	S-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	CLIA	Atellica IM	Siemens	Dig	nmol/L	Falun
D-vitamin, 25- OH	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Alinity i	Abbott	D- VITAMIN	nmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
eGFR(CysC- CAPA)	Pt-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Beräknad				mL/min/1 ,73m2	Falun
Erytrocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	RBC	x10E12/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
EVF	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	HCT		Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Fenytoin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Phny	µmol/L	Falun
Ferritin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	Fer	µg/L	Falun
Fibrinogen	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	062^Fib	g/L	Falun, Mora
Folat	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	Fol	nmol/L	Falun
Fosfat	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	IP	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
FSH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FSH	IU/L	Falun
Gentamicin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Gent	mg/L	Falun
Glukos	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GluH_3	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Glukos	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GluH_3	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
GT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GGT_2	µkat/L	Avesta, Falun, Mora

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Haptoglobin	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Hapt_2	g/L	Falun
Hb	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Kolorimetri	XR-10/20; XN-550	Sysmex	HGB	g/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
HBA1c (IFCC)	B-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	HPLC	TOSOH G11	Tosoh Bioscience	Dok 13615	mmol/ mol	Falun
hCG	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	HCG+β	IU/L	Falun, Mora
HDL-Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	HDLC	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Homocystein	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Alinity i	Abbott	HOMO	μmol/L	Falun
IgA	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgA_2	g/L	Falun
IgG	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgG_2	g/L	Falun
IgM	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgM_2	g/L	Falun
Järn	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Iron_2	μmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kalium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	K	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kappa/Lambda -kvot	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Beräknad					Falun
Kappakedja, fri	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	FLC_K	mg/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Karbamazepin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	XCarb	µmol/L	Falun
Klorid	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CI	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kobalamin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	VB12	pmol/L	Falun
Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Chol_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kortisol	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	Cor	nmol/L	Falun
Kreatinin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ECre3	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
Lambdakedja, fri	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	FLC_L	mg/L	Falun
Lamotrigin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	LTG	µmol/L	Falun
LD	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	LDLP	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
LDL-Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	LDLC	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Leukocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning, Flödescytome tri	XR-10/20; XN-550	Sysmex	WBC	x10E9/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Levetiracetam	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	LEV	µmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
LH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	LH	IU/L	Falun
Litium	S-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	LITH_2	mmol/L	Falun
Magnesium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Mg	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
MCH	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCH	pg	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
MCHC	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCHC	g/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
MCV	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCV	fL	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Myoglobin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	MYO	µg/L	Falun
Natrium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Na	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
non-HDL- kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Beräknad				mmol/L	Avesta, Falun, Mora
NT-proBNP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	PBNPII	ng/L	Avesta, Falun, Mora
Orosomukoid	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	AAG	g/L	Falun
Paracetamol	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Acet	µmol/L	Falun, Mora
PEth, Fosfatidyletanol	B-	Läkemedel och toxikologi	Alkohol- analyser	Alkoholer	LC-MS/MS	Xevo TQS micro	Waters	Dok 12206	µmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Ackrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
PK	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	044^PK	INR	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Procalcitonin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	PCT	µg/L	Falun, Mora
Progesteron	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PRGE	nmol/L	Falun
Prolaktin	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	PRL 1	mIE/L	Falun
Provtagning venös/kapillär	Pt-	Preanalys	Provtagning							Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora
PSA, total	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PSA	µg/L	Falun
PTH	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PTH	pmol/L	Falun
Salicylater	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	Sal	mmol/L	Falun
SHBG	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	SHBG	nmol/L	Falun
T3, fritt	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FT3	pmol/L	Falun
T4, fritt	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FT4	pmol/L	Falun
Tacrolimus	B-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analys	Biokemiska markörer	CMIA	Alinity i	Abbott	Tacrolimus	µg/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Testosteron	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	TSTII	nmol/L	Falun
Tobramycin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Tob	mg/L	Falun
TRAK	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	ATSHR	IE/L	Falun
Transferrin	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Trf	g/L	Avesta, Falun, Mora
Triglycerider	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Trig_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Trombocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	PLT	x10E9/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Troponin I	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	TnIH	ng/L	Avesta, Falun, Mora
TSH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	TSH3ULII	mU/L	Falun
Urat	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	UA	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
Urea	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	UN_c	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Valproat	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	VPA	µmol/L	Falun
Vancomycin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Vanc	mg/L	Falun, Mora
Zink	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	Zn	µmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

DOKUMENTHISTORIK

Sida	Förändring
2	Ny metod CRP

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.