

## B-, Ery-MCV

### Synonymer

Mean Cell Volume

NPU01944

### Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)



### Information

#### Laboratorium

Avesta, Falun, Ludvika och Mora

#### Ackrediterad

Ja

#### Utförs akut

Ja

#### Biobanksprov

Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

 Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#), Övrigt

#### Remissuppgifter

### Referensintervall

Alder	fL
0 – <1 mån	86–126
1 – <2 mån	92–116
2 – <3 mån	87–103
3 – <6 mån	68–84
6 mån – <9 år	67–87
9 – <13 år	74–90

### Provtagning

[Venprovtagning](#)

#### Flickor

13 år	76–91
14 år	77–92
15 år	78–94
16 år	78–94
17 år	79–94

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

#### Pojkar

13 år	75–89
14 år	75–90
15 år	76–91
16 år	77–92
17 år	78–93

### Provhantering

#### Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 8 tim  
 Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

#### Vuxna

≥18 år 82–98

#### Centrifugering

Centrifugeras ej.

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

---

## Svarstid

---

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

---

## Svar/Bedömning

---

Se referensintervall.

---

## Medicinsk bakgrund/Metodinformation

---

[Länk till metodinformation](#)

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.